

分析报告单

检验专用章
(1)

品名: 硝酸钡
批号: 20120107
级别: 分析纯
检验依据: GB/T 653-1994
分子式: $Ba(NO_3)_2$
分子量: 261.34
检验日期: 2012-01-07

检 验 项 目	分析纯	化学纯	检验结果
含量[$Ba(NO_3)_2$]	$\geq 99.5\%$	$\geq 99.0\%$	99.6%
pH值(50g/L溶液, 25℃)	5.0~7.0	5.0~7.0	合格
澄清度试验	合格3#	合格5#	合格
水不溶物	$\leq 0.005\%$	$\leq 0.02\%$	$< 0.005\%$
氯化物(Cl)	$\leq 0.0005\%$	$\leq 0.001\%$	$< 0.0005\%$
钠(Na)	$\leq 0.005\%$	$\leq 0.01\%$	$< 0.005\%$
钾(K)	$\leq 0.005\%$	$\leq 0.01\%$	$< 0.005\%$
钙(Ca)	$\leq 0.02\%$	$\leq 0.04\%$	$< 0.02\%$
锶(Sr)	$\leq 0.03\%$	$\leq 0.06\%$	$< 0.03\%$
铁(Fe)	$\leq 0.0002\%$	$\leq 0.001\%$	$< 0.0002\%$
重金属(以Pb计)	$\leq 0.0005\%$	$\leq 0.001\%$	$< 0.0005\%$

备注:

签发人: 张志斌

复核人: 黄 美

检验人: 叶嫵婉