

分析报告单

检验专用章  
(1)

品名: 氯化钾  
批号: 20120504  
级别: 分析纯  
检验依据: GB/T 646-2011  
分子式: KCl  
分子量: 74.55  
检验日期: 2012-05-04

检 验 项 目	分析纯	化学纯	检验结果
含量(KCl)	≥99.5%	≥99.5%	99.9%
pH值(50g/L溶液, 25℃)	5.0~8.0	5.0~8.0	合格
澄清度试验, 号	≤3	≤5	<3
水不溶物	≤0.005%	≤0.02%	<0.005%
碘化物(I)	≤0.002%	≤0.01%	<0.002%
溴化物(Br)	≤0.02%	≤0.05%	<0.02%
硫酸盐(SO <sub>4</sub> )	≤0.002%	≤0.005%	<0.002%
总氮量(N)	≤0.001%	≤0.001%	<0.001%
磷酸盐(PO <sub>4</sub> )	≤0.0005%	≤0.002%	<0.0005%
钠(Na)	≤0.02%	≤0.1%	<0.02%
镁(Mg)	≤0.001%	≤0.002%	<0.001%
钙(Ca)	≤0.003%	≤0.01%	<0.003%
铁(Fe)	≤0.0003%	≤0.0005%	<0.0003%
钡(Ba)	≤0.001%	≤0.001%	<0.001%
重金属(以Pb计)	≤0.0005%	≤0.001%	<0.0005%

备注:

签发人: 张志斌

复核人: 黄 美

检验人: 罗永斌