

分析报告单

检验专用章  
(1)

品名: 硝酸钡  
批号: 20130131  
级别: 化学纯  
检验依据: GB/T 653-2011  
分子式:  $Ba(NO_3)_2$   
分子量: 261.34  
检验日期: 2013-01-31

检 验 项 目	分析纯	化学纯	检验结果
含量[ $Ba(NO_3)_2$ ]	≥99.5%	≥99.0%	99.3%
pH值(50g/L溶液, 25℃)	5.0~7.0	5.0~7.0	合格
澄清度试验, 号	≤3	≤5	<5
水不溶物	≤0.005%	≤0.02%	<0.02%
氯化物(Cl)	≤0.0005%	≤0.001%	<0.001%
钠(Na)	≤0.005%	≤0.01%	<0.01%
钾(K)	≤0.005%	≤0.01%	<0.01%
钙(Ca)	≤0.02%	≤0.04%	<0.04%
锶(Sr)	≤0.03%	≤0.06%	<0.06%
铁(Fe)	≤0.0002%	≤0.001%	<0.001%
重金属(以Pb计)	≤0.0005%	≤0.001%	<0.001%

备注:

签发人: 张志斌

复核人: 黄 美

检验人: 詹碧珠