

分析报告单

检验专用章
(1)

品名: 溴甲酚绿
批号: 20130706
级别: 指示剂
检验依据: HG/T 4017-2008
分子式: $C_{21}H_{14}O_5Br_4S$
分子量: 698.02
检验日期: 2013-07-06

检 验 项 目	指 标	检 验 结 果
pH变色域	3.8(黄绿)~5.4(蓝)	合格
最大吸收波长, nm		
λ_1 (PH3.8)	440~445	合格
λ_2 (PH5.4)	615~618	合格
乙醇溶解试验	合格	合格
质量吸收系数, L/cm·g		
α_1 (λ_1 PH3.8,干品)	24~28	合格
α_2 (λ_2 PH5.4,干品)	53~58	合格
干燥失重	$\leq 3.0\%$	$< 3.0\%$
灼烧残渣(以硫酸盐计)	$\leq 0.25\%$	$< 0.25\%$

备注:

签发人: 张志斌

复核人: 黄 美

检验人: 林琼