

分析报告单

检验专用章
(1)

品名: 中性树胶
批号: 20140714
级别: 显微镜用
检验依据: Q/GHKJ 390-2011
分子式: -
分子量: -
检验日期: 2014-07-14

检 验 项 目	指 标	检 验 结 果
折光率(n_D^{20})	1.5216~1.5240	合格
酸值(以KOH计), mg/g	≤ 20	< 20
二甲苯溶解试验	合格	合格

备注:

签发人: 张志斌

复核人: 黄 美

检验人: 蔡诚