



品 名: 石蕊
批 号: 20230613
级 别: 指示剂
检验依据: Q/GHKJ 283-2017
分 子 式: -
分 子 量: -
检验日期: 2023-06-13

检验项目	指标	检验结果
pH变色域 以下空白	5.0(红)~8.0(蓝)	合格

结论: 本品按Q/GHKJ 283-2017检验, 结果符合指示剂规定。

备注:

签发人: 张林锋

复核人: 李利飞

检验人: 吴名杭